



Pracoviště: Oblastní inspektorát Most, VI. Vančury 1428/7, 434 01 Most
tel. +420 476 104 330, fax. +420 476 105 460

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Datum vydání: 17. květen 2017

List 1 z 1 listu

Zákazník: TONASO Holding a.s.

Krakovská 1346/15
110 01 Praha 1

Měřidlo - druh: váha s neautomatickou činností

Třída přesnosti: III

Výrobce: VAHY PRO, s r.o.

Typ: GX 22AL

Výrobní číslo: T07130060

Evidenční číslo: Neuvedeno

Specifikace: Max = 60 000 kg Min = 400 kg
e = 20 kg, d = 20 kg

Použité etalony: Sekundární etalony hmotnosti tř. F2 2 mg - 5 kg, kalibrační list č. 4151-KL-H0017-17, kalibrováno ČMI OI Most.
Sekundární etalony hmotnosti tř. M1 20 kg (100 ks), kalibrační list č. 4151-KL-H0011-16, kalibrováno ČMI OI Most.
Sekundární etalony hmotnosti třídy M1, VAHY PRO s.r.o. 500 kg (20 ks), 1000 kg (10 ks) kalibrační list č. 6151-KL-H0075-17, kalibrováno ČMI Jihlava.

Datum provedení: 17. květen 2017

Místo provedení: TONASO Holding a.s., U Tonasa 172/2, 403 31 Ústí nad Labem

Výsledek: Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a v souladu s § 9, odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb., v platném znění, bylo opatřeno úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení (resp. ES přezkoušení) typu měřidla.

Platnost ověření: Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7, odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění.

Ověření provedl:

Petr Labaj



Ředitel oblastního inspektorátu:

Ing. Vítězslav Suchý